

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Phone +41-44-729 62 11  
Fax +41-44-729 66 36  
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835  
Account No. 370501-21-90 CHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

[www.mtpro.com](http://www.mtpro.com)**EC Declaration of conformity  
EG Konformitätserklärung  
EC Déclaration de Conformité**

**We  
Wir  
Nous**

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**  
Im Hackacker 15  
8902 Urdorf  
Switzerland Schweiz Suisse

declare under our sole responsibility that the product,  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,  
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

**Description  
Beschreibung  
Description**

**M400 1 Channel**

to which this declaration relates is in conformity with the following directive(s) and standard(s).  
auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Richtlinie(n) und Norm(en)  
übereinstimmt.

À ce que cette déclaration rapporte est conforme aux directive(s) et aux norme(s) suivantes.

**EMC Directive  
EMV Richtlinie  
CEM Directive**

**2004/108/EC  
2004/108/EG  
2004/108/CE**

**Standard  
Norm  
Norme**

**EN 61000-3-2 :2000+A2 :2005  
EN 61000-3-3 :1995+A1 :2001  
EN 61326 :1997+A1 :1998+A2 :2001+A3 :2003  
IEC 61000-4-2 :1995 A2 :2001  
IEC 61000-4-3 :2006  
IEC 61000-4-4 :2004  
IEC 61000-4-5 :1995  
IEC 61000-4-6 :2007  
IEC 61000-4-8 :1993  
IEC 61000-4-11 :1994**

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**

Waldemar Rauch  
General Manager PO Urdorf

Thomas Hösl  
Head of Operation and R&D

**Place and Date of issue  
Ausstellungsort und Datum  
Lieu et date d'émission**

Urdorf, 12.10.2008

This Original may not be copied, as subject to technical changes  
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt  
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique

CE\_M400\_1Channel\_oct08\_int.doc

**METTLER TOLEDO**